

**Critérios de conformidade e/ou limites de aceitação**

<b>Reclamação</b>	<b>Ensaio/ Verificação</b>	<b>Hemocomponente</b>	<b>Critérios de Conformidade</b>
<b>Suspeita de hemólise</b>	Determinação do grau de hemólise	Concentrado de Hemácias	<b>&lt; 0,8%</b>
<b>Presença de coágulos</b>	Ensaio microbiológico	Todos	<b>Negativo</b>
	Inspeção visual		<b>Ausência de coágulos</b>